

Akkreditoituna ilmoitettavan laboratoriotuloksen merkitys ja käyttö

Christina Waddington ja
Päivi Kähkönen

Laboratorioiden FINAS-akkreditointitunnukset



Akkreditointitunnus osoittaa pätevyyttä ja luotettavuutta

- Akkreditoidun laboratorion oikeus
- Pääasiallinen tapa osoittaa, että tulokset täyttävät akkreditointivaatimukset
- Akkreditointiin viittaaminen antaa kilpailuetua
- Kansainvälisen tunnustamisen ydin

Akkreditointitunnus tulosten yhteydessä

- Akkreditoinnissa osoitettu toiminnan pätevyys
- Akkreditoinnin kansainvälinen hyväksyminen

FINAS-akkreditointitunnus on tunnettu

- Kansainvälisesti tunnustettu
- Pätevyysalueet löytyvät hakukoneesta
- EU lainsäädäntö tunnustaa akkreditoinnin
- Yksilöi akkreditoitun laboratorion

Eurooppalainen FINAS- akkreditoinnin hyväksyntä

- Euroopan akkreditointielinten monenkeskinen sopimus EA MLA
- Laboratoriot, sertifiointi, tarkastuslaitokset
- Vastavuoroinen arviointi ja hyväksyntä
- Sovittu akkreditointitunnusten käytöstä
- Jokaisen akkreditointielimen omat tunnukset
- Lisäksi mahdollinen EA MLA –viittaus

EA European co-operation for Accreditation

Kansainvälisten akkreditoitintunnusten käyttö



Kansainvälisen akkreditointitunnuksen käyttö

- ILAC MRA ja IAF MRA yhdessä FINAS-tunnuksen kanssa
- Sopimus FINASin kanssa
- Osoittaa yhteisten akkreditointivaatimusten noudattamista ja vastavuoroista hyväksyntää

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
IAF International Accreditation Forum

Milloin akkreditointitunnuksen käyttö on välttämätöntä?

- Kun vaatimukset edellyttävät, että akkreditoitu laboratorio tekee testit/kalibroinnit – akkreditointitunnus osoittaa että vaatimukset on täytetty
- Kun laboratorion on mukautuva pätevyysalue, asiakas ei voi päätellä onko testaus/kalibrointi tehty akkreditoinnin piirissä
- Kun asiakas tilaa palvelun akkreditoituna

Miten raportoidaan jos kaikki toiminnalle asetetut vaatimukset eivät täyty

- Selosteeseen pitää kirjata mitkä vaatimukset eivät täyty
- Tuloksen mittausepävarmuutta tulee tarkastella erityisen huolella
- Tulos ei saa olla harhaanjohtava
- Asiakkaalle pitää ilmoittaa mahdollisen pian että vaatimukset eivät täyty

Helppoa käyttää akkreditointitunnusta??

- FINAS lähettää laboratorion akkreditointitunnuksen sähköisessä muodossa
- FINAS Vaatimus V1/2007 antaa ohjeita tunnuksen käytölle
- Laboratorio vastaa tunnuksen käytöstä ohjeiden mukaan
- Ainoa rajoite: Ei saa olla harhaanjohtava
- Alakohtaisten käytäntöjen luominen ja muodostuminen